

单光子发射及 X 射线计算机断层成像系统技术要求

一、基本情况：

- 1、名称：单光子发射及 X 射线计算机断层成像系统
- 2、数量：1 套

二、基本参数要求 (必须提交以下参数满足材料证明)：

- 1、孔径： $\geq 70\text{cm}$
- 2、CT 探测器排数： ≥ 16
- 3、系统平面探测器灵敏度： $\geq 200 \text{ cpm/uCi}$ （低能高分辨准直器）
- 4、探测器数量 ≥ 2
- 5、有效视野 FOV： $450\text{mm} \times 400\text{mm}$