

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

设备 1

一、设备名称/数量：

输液标签自动贴签机/壹台

二、设备用途与组成

应用：静脉药物配置中心的自动化设备可以和医院HIS系统连接，完成处方的单处方调剂，调剂速度快、准确率高，在提高工作效率的同时保证药品的调配安全。不仅可以大大提高工作效率，更为重要的是可以对药品实行数量化管理，并且确保调剂过程的安全准确、及时，最大程度的杜绝医疗事故和因调配错误而产生的损耗。同时，静配中心的建设还可以改善工作环境，提升医院的整体形象，是医院自动化水平的重要体现。

三、性能指标

1. 贴签速度，每小时 ≥ 2000 袋。（提供检测报告）
2. 视觉核对，可自动核对溶媒的分类、规格、贴签的位置。（提供现场使用图片）
3. 多屏显示。（提供现场使用图片）

设备 2

一、设备名称/数量:

输液成品自动分拣机/壹台

二、设备用途与组成

应用:静脉药物配置中心的自动化设备可以和医院HIS系统连接,完成处方的单处方调剂,调剂速度快、准确率高,在提高工作效率的同时保证药品的调配安全。不仅可以大大提高工作效率,更为重要的是可以对药品实行数量化管理,并且确保调剂过程的安全准确、及时,最大程度的杜绝医疗事故和因调配错误而产生的损耗。同时,静配中心的建设还可以改善工作环境,提升医院的整体形象,是医院自动化水平的重要体现。

三、性能指标

1. 将出舱核对后的输液成品自动准确分拣至相应病区的药箱,至少满足 ≥ 30 个病区的需求。(提供外观图片)
2. 采用机械手分拣,分拣速度 ≥ 1500 袋/小时,分拣输液准确率 100%。