

# 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

## 一、基本情况：

医生工作站/八套

应用：用于 PACS 图像精准诊断，可以一体化双屏显示、实时 DICOM 自动校正，能够用来呈现 DR、CT、MR 等大设备拍摄的影像。

## 二、基本参数要求

- 1、 网络：电脑主机接入医院内部网络
- 2、 5M 以上专业医用显示器，对比度 $\geq 1000:1$ ，响应时间 $\leq 30\text{ms}$ （ $T_{\text{on}} \leq 15\text{ms}$ ， $T_{\text{off}} \leq 15\text{ms}$ ），可视角度 $\geq 150^\circ$ （ $\text{CR} \geq 10$ ）