

## 药物自动分装仪技术要求

### 一、基本情况：

- 1、名称：药物自动分装仪
- 2、数量：1套
- 3、设备用途：是一台独立的自动活度分装仪，可被安装在不同类型的放射防护热室以及通风橱设备中。它独特的活度分装性能完全满足 GMP 的各项指标，用于 PET 和 SPECT 放射性药物的分装。

### 二、基本参数要求(必须提交以下参数满足材料证明)：

- 1、每只注射器平均分装满用时 $<60$  秒
- 2、剂量精度： $<2.6\%$