

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

一、基本情况：

基础手术器械/壹套

应用：专业医生，在特定的场所，使用专用基础手术器械，配合专业设备，保障外科手术的顺利进行。

二、基本参数要求

要求各科室，包括头颈外科、乳腺外科、妇科、胃外科、肝脏外科、胰腺外科、肺、食道、大肠外科以及各科室器械包配套完整，满足手术需求。

1. 持针器：不同长短适合外科手术不同深度，工作端使用钨碳合金镶片，可夹持不同大小的针，要求单件持针器可夹持针 10000 次以上。
2. 剪刀：不同长短适合外科手术不同深度，剪切组织和血管时，要求切割面整齐光滑，部分剪刀工作端带有极细锯齿，4-5 齿/毫米，可剪切 6000 次以上。
3. 镊子：不同长短适合外科手术不同深度，工作端使用无损伤齿，可夹持组织、血管等。
4. 牵开器：不同形状、长短、宽度的牵开器，适合用于不同手术部位的牵开。要求牵开时稳定不变形，能够充分暴露手术视野。
5. 刀柄：可适用于不同型号的刀片。