

# 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

## 一、基本情况：

高端呼吸机/陆套

应用：重症监护室病人病情危重，针对有意识障碍，呼吸形式严重异常且经过治疗后病情恶化的患者其呼吸功能无法满足正常需求，必须使用有创呼吸机给病患提供机械通气。

## 二、基本参数要求

1. 显示屏> 15 英寸 TFT 彩色触摸屏幕，显示屏与主机分离，可单独悬挂。360 度报警灯, 全中文菜单，中文显示报警及参数。CF 卡屏幕打印储存功能, 近心端压差式流量监测系统, 最大化的病人导向和精确监测。
2. 通气模式：自动应用肺保护通气策略, 可应用于无自主呼吸到有自主呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。
3. 辅助压力监测功能：监测食道压等额外的压力, 计算跨肺压力。