

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

一、基本情况：

零星设备/壹套

主要功能与应用： 各种移液枪（吸取试剂或样本），各种离心机（分离检测样本），低温冰箱（保存试剂或标本），培养箱（用于细胞和细菌的培养），高压灭菌锅（用于日常血液体液标本管的高压灭菌），显微镜（判断血细胞或细菌的形态），酶标仪（酶联免疫法读取 OD 值），各种混匀仪（临检血常规混匀必备），红外接种环灭菌器（微生物实验室灭菌必备）等。

二、基本参数要求

1. 移液枪：可满足各个量程的移液要求,0.1-10ul,2-20ul,20-200ul,100-1000ul, 1-10ml*2
2. 离心机：可调节不同离心转速
3. 低温冰箱：可达-20° 和-80°
4. 培养箱：分厌氧和需氧
5. 显微镜：分 10 倍，40 倍，100 倍镜头