

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

设备 1

一、设备名称/数量：

麻精药品保险柜/贰套

二、设备用途与组成

应用：采用麻精药品保险柜后，可在药房、手术室等地发挥重大作用，可达到“五专”管理要求，做到精准管控药品。使麻醉药品全流程形成一个闭环体系，药师工作压力减轻，工作强度降低，发药差错得以杜绝，使药品管理更加智慧化、高效化和准确化，同时也让药师能有更多的时间去提供优质的药学服务。

三、技术参数要求

1. 基本要求：设备具有 IC 卡、用户密码、指纹等多级安全登陆方式，适用于麻精药品的管理。系统接收处方信息后，设备需要确认取药人身份并审核通过后，根据处方信息自动将药品推出，并通过指示灯提示药品所在位置，通过人工按钮打开对应的药品存储单元，完成取药过程，未在处方内的药品无法打开，确保安全性，取药全过程拍照、摄像头视频记录，同时根据处方信息可快速查询。（提供取药全过程照片）

2. 储药规格：抽屉式，可定制储药格，单台设备 ≥ 54 个独立控制单元格。

设备 2:

一、设备名称/数量:

药用冰箱/十二套

二、设备用途与组成

应用：储存需要冷藏条件保存的药品

三、技术参数要求

立式，箱内有效容积不少于 850L。