

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

一、设备名称/数量：

彩超（DSA 搭配用）/壹套

二、设备用途与组成

主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、工作条件和性能指标

1. 超声主机平台具备全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示）；具备声速匹配技术，可根据人体组织真实情况。
2. 支持超声远程会诊系统
3. 主机探头接口 ≥ 4 个
4. 支持剪切波弹性成像