

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

一、项目名称

钬激光

二、设备功能与用途

钬激光是利用稀有元素钬为激光工作离子的固态脉冲式激光，在水中有很高的吸收系数，是一种相对较新的多用途医用激光。钬激光在组织中的吸收深度少，穿透表浅，能够进行精准切割，而不会损伤周围组织。

三、技术参数要求

1. 功率至少 $\geq 80\text{w}$,
2. 材料要求详细论证设备衰减问题及解决措施。