

复旦大学附属肿瘤医院厦门医院采购技术要求

一、项目名称

异物钳

二、技术参数要求

直径 2.0mm、长度 700mm(定制长度),

直径 1.6mm、长度 700mm(定制长度)

售后方面:质保不少于一年,不能维修的可免费更换(非人为损坏的情况下)

一、项目名称

麻醉呼吸回路消毒系统

二、技术参数要求

- 1.可以匹配国内外各种品牌及型号麻醉机、呼吸机消毒、灭菌
- 2.具有超温报警提示功能,实时自动监测消毒机内部温度并自动报警
- 3.采用闭环控制技术,在运行过程中对消毒液浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能,排放浓度最高 $0.04\text{mg}/\text{m}^3$ (满足 WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范)
- 4.消毒完成后回路内无任何残留,对麻醉机、呼吸机无腐蚀(能

提供无腐蚀性报告)

5.干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，
保证消毒效果